

Reģistrācijas Nr. 40003579713  
Dzirciema 20, Rīga, LV-1007, Latvija  
Tālr.+371 67815320, fakss +371 67815323  
E-pasts: [info@stomatologijasinstituts.lv](mailto:info@stomatologijasinstituts.lv)  
[www.stomatologijasinstituts.lv](http://www.stomatologijasinstituts.lv)

Rīgā 14.10.2016

Par uzdotajiem jautājumiem

SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” iepirkuma procedūras “**Sterilizācijas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana klīnikas izveidei Baznīcas ielā 31” (ID Nr.RSU-SI-2016/27)** ietvaros, 13.10.2016. tika saņemts iespējamā pretendenta iesniegums par precizējošas informācijas sniegšanu iepirkuma VII daļā “Ūdens sagatavošanas sistēma”:

**1. Jautājums:**

Kam ir paredzēti spiedkatli - krāna ūdenim vai attīrītam ūdenim? Ja attīrītam ūdenim tad no kāda materiāla spiedkatli ir nepieciešami?

**Atbilde:** Spiedkatli paredzēti attīrītam ūdenim. Spiedkatli izgatavot no metāla – konstrukcija tērauda (spiedkatla membrāna-gumija EPDM)

**2. Jautājums:**

Nav izteiktas tehniskās prasības savienošanai – ar cik autoklāviem, cik dezinfekcijas iekārtām, zobārstniecības krēsliem, cik tālu atrodas iekārtas no ūdens iekārtas uzstādīšanas vietas?

**Atbilde:** Ūdens attīrīšana paredzēta iepirkumā “Sterilizācijas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana klīnikas izveidei Baznīcas ielā 31” (ID Nr.RSU-SI-2016/27) norādītajām iekārtām un 6 zobārstniecības krēsliem. Autoklāvi un mazgājamās iekārtas atradīsies vienā telpā ar ūdens sagatavošanas sistēmu, attālums līdz šīm iekārtām telpas ietvaros ~ 3-4m. Zobārstniecības iekārtām nepieciešamais izvads atradīsies blakus ūdens sagatavošanas sistēmai telpā, izvadi Uponor caurule PN10, D20. Pieslēdzot ūdens sagatavošanas sistēmas jaizmanto saskrūves vai presējamie veidgabali un jāuzstāda noslēgventīlis, lai nepieciešamības gadījumā ūdens padevi uz iekārtām var noslēgt.

**3. Jautājums:**

Cik liels tilpums “zem darba virsām” ir pieejams iekārtu uzstādīšanai?

**Atbilde:** Telpā tiks uzstādīti nerūsējoša tērauda darbagaldi. Zem virsmām pieejamais iekārtu uzstādīšanas tilpums būs 1.  $700*900*700 = 0,44 \text{ m}^3$  un  $900*800*700 = 0,50 \text{ m}^3$ .

**4. Jautājums:**

Vai metāla skapi piegādā Pasūtītājs? Ja tā – lūdzu informēt pretendētus par skapja telpas sadalījumu pa vertikāli un ar plauktiem.

**Atbilde:** Atbilstoši daļas Nr.VII, punktam Nr.3 rakstītajam – Mēbeles piegādā Pasūtītājs. Nerūsējoša tērauda skapis ar divām durvīm un 1 izņemamu plauktu pilnā virsmā, minimālais maināmais plauktu augstums 25cm. Attālums no skapja apakšējā plaukta/pamatnes līdz grīdai ~ 8-10cm. Katras durvju vērtnes platums 60 cm.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Agnese Mediņa – Ziedon