



PRETENDENTIEM

Atklāts konkurss

**"Zobārstniecības iekārtu, dentālā kompresora
un klīniskās atsūkšanas iekārtas piegāde"**

id. Nr. RSU-SI-2016/12

Rīgā 29.04.2016 Nr. 1-13/192
Par uzdotajiem jautājumiem.

SIA „RSU Stomatoloģijas institūts” Atklāta konkursa **"Zobārstniecības iekārtu, dentālā kompresora un klīniskās atsūkšanas iekārtas piegāde"** id. Nr. RSU-SI-2016/12, ietvaros tika saņemts iespējamā pretendenta iesniegums par iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju:

1. *"Izslēgt prasību par 1 līdzvērtīga medicīnas aprīkojuma piegādi pēdējo 2 gadu laikā. Tā vietā kā viens no pierādījumiem piegādātāja spējam līguma izpildei varētu būt tā apgrozījums kādā iepriekšējā periodā vai attiecīgi medicīnas aprīkojuma piegādes kādā konkrētā periodā, nenosakot, ka līdzvērtīgai jābūt 1 medicīnas aprīkojuma piegādei. Arī uzņēmuma attiecīgas apgrozījums norāda uz apstākli, ka uzņēmuma rīcībā ir pietiekami kvalificēts personāls un tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu visu medicīnas aprīkojumu piegādi klientiem, kā arī uzstādīšanu, klienta personāla apmācību apmācīta speciālista vadībā, garantijas apkalpošanu, pēcgarantijas apkalpošanu un iespējamus remontdarbus".*

Atbilde:

Pasūtītājs 29.04.2016. ir veicis grozījumus iepirkuma Nolikumā:

- 1) 7.4. punktā, izsakot to šādā redakcijā: "Pretendents pēdējo 2 (divu) gadu laikā ir veicis medicīnas aprīkojuma piegādes kopā vismaz piedāvātās līgumcenas apjomā."
 - 2) 7.9. punktā, izsakot to šādā redakcijā: "Medicīnas aprīkojuma piegāžu saraksts un viena vai vairākas pozitīvas pircēju atsauksmes par sadarbību, kas nav vecākas par diviem gadiem".
2. *"Izslēgt prasību par "iespēju pieslēgt DIFOTI kameru, kas integrētu ārsta instrumentu panelī pēc zobārstniecības iekārtas ražotāja instrukcijām. Kameras un vadības bloka programmatūrai jārealizē iespēja uzņemt foto attēlus saglabāt / eksportēt RSU Stomatoloģijas institūtā esošajiem datu nesējiem to tālākai izmantošanai esošajās attēlu apstrādes un uzglabāšanas sistēmās". Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs var iekļaut tehniskajās specifikācijas prasību pēc atsevišķas DIFOTI kameras, ko arī var pieslēgt, lai nodrošinātu iespēju "uzņemt foto attēlus saglabāt / eksportēt uz RSU Stomatoloģijas institūtā esošajiem datu nesējiem to tālākai izmantošanai esošajās attēlu apstrādes un uzglabāšanas sistēmās".*

Atbilde:

Iespēja DIFOTI kameru integrēt zobārstniecības iekārtā ļauj efektīvi izmantot jaunākās tehnoloģijas. Tiek realizēta koncepcija, kad zobārstniecības iekārta ir daļa no integrēta tīkla un pietiek ar vienu DIFOTI kameru, lai to secīgi varētu izmantot pie visiem tīklā saslēgtajiem

zobārstniecības krēsliem. Iegūtie attēli tiek saglabāti un apstrādāti ar 1 (VIENU) šajā tīklā pieslēgto datoru, kurā ir realizēta iespēja pieslēgties pie konkrētā krēslā integrētās DIFOTI kameras.

Pasūtītājam jāizstrādā iepirkuma procedūras dokumenti un tehniskās specifikācijas tā, lai maksimāli samazinātu Pasūtītāju risku un efektīvi izmantotu finanšu līdzekļus. DIFOTI kamera nepieciešama, lai uzņemtu diagnostiskus attēlus bez starojuma pacientam, kas īpaši ir būtiski bērniem un grūtniecēm. Šāda veida kamerai ir jābūt integrētai iekārtā un Pretendentam ir jānodrošina visa komplekta savienota darbība, atsevišķa DIFOTI kamera var radīt Pasūtītājam risku, par tās darbības savietojamību ar zobārstniecības iekārtu un/vai papildus izmaksas tās integrēšanai. Komisija, veicot labojumus iepirkuma procedūras dokumentos, ir papildinājusi Nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija" I daļu ar papildus vienību – DIFOTI kamera. Pretendents, kuram tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, var atsevišķi iegādāties augstākminēto kameru un saskaņojot ar ražotāju nodrošināt tās integrēšanu aprīkojumā.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Agnese Mediņa – Ziedone