

Reģistrācijas Nr. 40003579713
Dzirciema 20, Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr.+371 67815320, fakss +371 67815323
E-pasts: info@stomatologijasinstituts.lv
www.stomatologijasinstituts.lv

Iepirkumu komisijas

LĒMUMS

Rīgā

13.07.2018.

Nr.12/2018

SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” (turpmāk-Institūts) Iepirkumu komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja: Agnese Mediņa – Ziedone, juriste
Komisijas locekļi: Juta Černovska, Galvenā grāmatveža vietniece
Anda Skalbe, Finanšu analītiķe
Inese Skaģere, Galvenā māsa
Rihards Fīrmanis, Infrastruktūras un attīstības direktors

Atklāta konkursa “**Koniska stara datortomogrāfa piegāde**”, id. Nr. RSU SI 2018/10, ietvaros,

KONSTATĒJA:

- 06.06.2018. tika apstiprināts Atklāta konkursa “**Koniska stara datortomogrāfa piegāde**”, id. Nr. RSU SI 2018/10, Nolikums;
- 27.06.2018. Iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvājumus iesnieguši 3 (trīs) pretendenti, kas ir šī lēmuma adresāti:

N. p.k.	Pretendents	Piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN	Piedāvātā kopējā līgumcena EUR ar PVN
1.	SIA “Altex”	57 300,00	69 333,00
2.	SIA “Dentoflex Schumann”	63 955,00	77 385,55
3.	SIA “Aiko Med”	80 000,00	96 800,00

- 03.07.2018. iepirkumu komisijas sēdē, komisija pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikuma noformējuma un atlases prasībām:

- SIA “Altex” – neatbilstības atlases un noformējuma prasībām nav atrodamas;
- SIA “Dentoflex Schumann” - neatbilstības atlases un noformējuma prasībām nav atrodamas;
- SIA “Aiko Med” - neatbilstības atlases un noformējuma prasībām nav atrodamas.

- Turpinot sēdi komisija vērtē pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus:

- SIA “Altex” piedāvājumā ir konstatētas sekojošas neatbilstības tehniskās specifikācijas prasībām:

- 4.1.1. 10. pozīcija - Attēla vokseļa izmērs - 85-420 μm; Pretendents piedāvā mazāku izmēru. Lielāks vokseļu izmērs nodrošina mazāku starojumu pacientiem, kas īpaši aktuāli pediatriem pacientiem.
- 4.1.2. 23. pozīcija - Iekārtas izmēri: Platums ≤ 1000 mm, Dziļums ≤ 1450 mm Augstums ≤ 2500 mm, Svars ≤ 210 kg; Pretendenta piedāvātās iekārtas platums nav atbilstošs – iekārta ir par lielu, lai būtu iespējams to novietot paredzētajā telpā;
- 4.1.3. 26. pozīcija - Izmeklējuma vadības un rekonstrukcijas darba stacija:
- Piedāvātā operatīvā atmiņa neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam,
 - piedāvātā videokarte neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam,
 - piedāvātais cietais disks neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam,
 - piedāvātā operacionālā sistēma neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam.
- 4.1.4. 28. pozīcija - Ārsta darba vietas programmatūra. Piedāvātais licenču skaits neatbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam.
- 4.2. SIA “Dentoflex Schumann” piedāvājums ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām.
- 4.3. SIA “Aiko Med” piedāvājumā ir konstatētas sekojošas neatbilstības tehniskās specifikācijas prasībām:
- 4.3.1. 10. pozīcija - Attēla vokseļa izmērs - 85-420 μm; Pretendents piedāvā mazāku izmēru. Lielāks vokseļu izmērs nodrošina mazāku starojumu pacientiem, kas īpaši aktuāli pediatriem pacientiem.
- 4.3.2. 23. pozīcija - Iekārtas izmēri: Platums ≤ 1000 mm, Dziļums ≤ 1450 mm Augstums ≤ 2500 mm, Svars ≤ 210 kg; Pretendenta piedāvātās iekārtas platums nav atbilstošs – iekārta ir par lielu, lai būtu iespējams to novietot paredzētajā telpā.
5. Komisija pārbaudīja Pretendenta finanšu piedāvājumus:
- 5.1. Komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos iekļautas visas prasītās izmaksas;
- 5.2. Pretendentu finanšu piedāvājumos visas prasītās izmaksas ir iekļautas.
6. Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
7. Komisija pārbauda pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības atbilstoši PIL 42. pantā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz PIL 41. panta 1. daļu, kas paredz, ka *Pasūtītājs atlasa kandidātus un pretendētus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 44., 45., 46., 47. un 48. pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju,*

Komisija balsojot 5 – par, 0 – nav, 0 – atturas, **nolēma:**

- 1) Noraidīt pretendenta SIA “Altex” piedāvājumu kā neatbilstošu Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām;
- 2) Noraidīt pretendenta SIA “Aiko Med” piedāvājumu kā neatbilstošu Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām;
- 3) Pasludināt par uzvarētāju un piešķirt līgumslēgšanas tiesības pretendentam SIA “**Dentoflex Schumann**”, reģ. Nr. 40003104096, par kopējo līgumcenu bez PVN – EUR 63 955,00 (sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro. 00 centi).

Saskaņā ar PIL 68.panta 1.daļas 1.punktu, Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem,

tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja *[personiskais paraksts]* Agnese Mediņa – Ziedone
Komisijas loceklī:

Galvenā grāmatveža vietniece *[personiskais paraksts]* Juta Černovska
Finanšu analītiķe *[personiskais paraksts]* Anda Skalbe
Galvenā māsa *[personiskais paraksts]* Inese Skaģere
Infrastruktūras un attīstības direktors *[personiskais paraksts]* Rihards Fīrmanis

NORAKSTS PAREIZS:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Agnese Mediņa-Ziedone

13.07.2018.