

Reģistrācijas Nr. 40003579713  
Dzirčiema 20, Rīga, LV-1007, Latvija  
Tālr.+371 67815320, fakss +371 67815323  
E-pasts: [info@stomatologijasinstituts.lv](mailto:info@stomatologijasinstituts.lv)  
[www.stomatologijasinstituts.lv](http://www.stomatologijasinstituts.lv)

Rīgā 29.06.2017.

*Par uzdotajiem jautājumiem*

SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” iepirkuma procedūras **Koniska stara datortomogrāfa piegāde**, id Nr. RSU-SI-2017/12 ietvaros, 20.06.2017. tika saņemts iespējamā pretendenta iesniegums par iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā – Tehniskā specifikācija iekļautajām prasībām:

*“Nolikuma pielikumā Nr.2 iekārtas tehniskajā specifikācijā ir noteiktas sekojošas prasības:*

1.	Pieejamie izmeklējuma lauki (mm)	40*40 40*80 80*40 80*50 80*80 100*40 100*50 100*80	
2.	Vokseļu izmēri (mm)	0,080 0,125 0,160	
3.	Ekspozīcijas laiks	9,4-17,9 sek	

*Pretendents saprot, ka Pasūtītāja prasības ir balstītas uz tādiem izmeklēšanas gadījumiem, kad pacientiem nevajag taisīt pilnus panorāmas izmeklējumus, tāpēc būtu iespēja veikt izmeklējumus tikai atsevišķiem sektoriem, lai rezultātā samazināta starojuma dozu uz pacientu un diagnostikas laiku. Tomēr, izskatot Pasūtītāja specifikācijas prasības, ir jāsecina, ka tās varētu būt minimālās prasībās un kāds Pretendents var piedāvāt rentgena*

*iekārtu, ar kuru var uztaisīt izmeklējumus nedaudz lielākam sektoram nekā prasīts Pasūtītāja specifikācijā, bet ar mazāku starojuma dozu un īsāku ekspozīcijas laiku nekā Pasūtītāja prasībās norādīts.*

*Ņemot vērā augstāk minēto Pretendents grib zināt vai Pasūtītājs šādu Pretendenta piedāvājumu uzskata par nederīgu un neatbilstošu Iepirkuma specifikācijas prasībām, līdz ar to tiks noraidīts neizskatot, neskatoties uz tā priekšrocībām un ieguvumiem vai tomēr šāds piedāvājums no Pasūtītāja puses tiks izskatīts kā atbilstošs Nolikumā minētajām minimālajām prasībām.”*

**Atbilde:** Pretendentam tehniskais piedāvājums ir jāiesniedz atbilstīgi Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai un tam ir jāatbilst vismaz Pasūtītāja minimālajām prasībām (Nolikuma 9.2.p.). Iepirkumu komisija lēmumu pieņem pēc piedāvājumu izvērtēšanas. Katra Pretendenta tehniskais piedāvājums tiek izvērtēts, izņemot, ja tas nav atbilstošs Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām. Atbildi uz augstākminēto jautājumu: *“vai Pasūtītājs šādu Pretendenta piedāvājumu uzskata par nederīgu un neatbilstošu Iepirkuma specifikācijas prasībām, ... vai tomēr šāds piedāvājums no Pasūtītāja puses tiks izskatīts kā atbilstošs Nolikumā minētajām minimālajām prasībām?”* varēsīm sniegt pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas. Vienlaikus norādām, ka pacienta starojuma devu būtiski ietekmē apstarotā lauka lielums.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Agnese Mediņa – Ziedone